

Вих. № 111 від «29» 04 2009 р.
Вх. № від « » 200 р.

Генеральному директору
ООО «СИТИМЕД»
Тарасенко Г.А.

РЕЦЕНЗИЯ

На Ваш запрос о качестве медицинского оборудования, установленного в нашем учреждении, могу сообщить следующее. В нашем учреждении используются несколько изделий фабрики Famed - больничная мебель и оборудование для смотровых кабинетов. Все оборудование имеет отличное качество, высокий уровень исполнения, особенно отличается хорошим дизайном и удобством в обслуживании. Особенно хотелось отметить хорошие эргонометрические особенности и функциональные возможности.

На Вашу просьбу дать оценку эксплуатационным характеристикам медицинской мебели:

Операционный стол SO-10, SU-02
кровати реабилитационные LR-03.6,
кушетка терапевтическая KL-4,
шкаф-ассистор WG-01.19,
стул врача FO-40, FO-30
ширмы и инфузионные штативы,
инструментальный столик Г образный WG-29.0 и инструментальный столик WG-02.3, SM-01,
прикроватные тумбочки SP-03.0,
гинекологическое кресло FG-04.0, FG-05.0, FG-06.0
операционные светильники SURGILUX BHC-502/302,
манипуляционные светильники MEDILUX BHS-175
могу сообщить следующее.

В процессе эксплуатации ее с повышенной нагрузкой можно отметить надежность и функциональность изделий.

Продуманные функциональные возможности позволяют успешно использовать реабилитационные кровати в различных отделениях, а именно: как в отделении реанимации, так и в других отделениях для больных с различной степенью тяжести. Эта возможность существует благодаря конструктивно предусмотренным приспособлениям и регулировкам. Шкафы-ассисторы создают для персонала максимум удобств, учитывая их эргономичность. Благодаря их мобильности обеспечивается удобство доступа к инструментам даже при достаточно ограниченном помещении.

Эксплуатация кушетки KL-4 и стула врача также не вызывает нареканий. Специальное покрытие всех изделий дает возможность проведения регулярной дезинфекции, что не сказывается отрицательно на самом изделии.

Кресла гинекологические FG-04.0, FG-06.0, FG-07.0 за длительное время зарекомендовали себя на высшем уровне, качество запчастей и сборки гарантирует длительную и уверенную

эксплуатацию. Все приводы и механизмы работают очень хорошо, что облегчает повседневную работу врачей.

Качество изделий из нержавеющей стали и крашеных деталей достаточно высокое – за время использования практически нет царапин и следов слущивания краски.

В процессе эксплуатации Операционных SURGILUX BHC-502/302 и манипуляционных MEDILUX BHS-175 ламп можно отметить надежность и функциональность изделий.

Бестеневые светильники различных модификаций удобны наличием интенсивного уровня освещения, стерильной съемной ручкой управления освещением, наличием напряжения 12v, что позволяет безопасно работать в условиях влаги. При выходе из строя ламп освещения процедура замены занимает 5 минут без нарушений условий стерильности.

В настоящее время мы работаем на оборудовании, которое, на наш взгляд, идеально сочетает в себе такие факторы как цена и качество. Оборудование, используемое, нами отвечает всем мировым стандартам и имеет сертификат ISO 9001 признанный RW TUV ESSEN и CE это необходимые условия для уверенности в качестве техники.